

Główny Inspektorat Jakości Handlowej  
Artykułów Rolno-Spożywczych  
ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa

Warszawa, dnia 15 czerwca 2020 roku

GI-BAD-231-3/20

**Wykonawcy**

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę szkła i drobnego sprzętu laboratoryjnego do laboratoriów Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych**

Działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019, poz. 1843) zwanej dalej „ustawą” Zamawiający przekazuje treść pytań do specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz swoje wyjaśnienia.

**Pytanie 1:**

**Dotyczy cz. I-laboratorium w Białymstoku**

**Moduł 1 poz. 1-4**

Podane nr katalogowe wskazują na saszki typ 389, Zamawiający podaje saszki typ 389F. Które należy zaoferować?

**Odpowiedź:**

Dotyczy cz. I-laboratorium w Białymstoku

Moduł 1 poz. 1-4 – Należy zaoferować saszki typ 389.

**Pytanie 2:**

**Dotyczy cz. 5-laboratorium w Kielcach**

**Moduł 12 poz. 1-3 i 7-10**

W związku z pandemią koronawirusa dostępność rękawiczek jednorazowych jest niemożliwa do przewidzenia, a ich ceny wielokrotnie wyższe, niż dotychczas. Proszę o wykreślenie pozycji z postępowania.

**Odpowiedź:**

Dotyczy cz. 5-laboratorium w Kielcach

Moduł 12 poz. 1-3 i 7-10

Jeśli chodzi o rękawiczki winylowe/nitrylowe – Zamawiający jest świadomy sytuacji związanej ze stanem epidemicznym, niemniej jednak nie wyraża zgody na wykreślenie pozycji 1-3 i 7-10 w Rozdziale 5, module 12 formularza warunków technicznych, stanowiącego załącznik nr 2e do SIWZ. Jednocześnie Zamawiający informuje, że w § 9 wzoru umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ zawarte zostały postanowienia dotyczące COVID-19 oraz przewidziane możliwość dokonania zmiany umowy, o której mowa w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy.

**Pytanie 3:**

**Dotyczy Rozdział II**

**moduł 1, poz. 4-9** – Czy Zamawiający prawidłowo wpisał zamawianą ilość – 50 opakowań po 50szt ?

**moduł 1, poz. 17** – proszę o podanie poprawnego numeru katalogowego.

**Odpowiedź:**

Dotyczy Rozdział II

moduł 1, poz. 4-9 – Tak, Zamawiający prawidłowo wpisał zamawianą ilość – 50 opakowań po 50szt.

moduł 1, poz. 17 – Zamawiający poprawnie podał numer katalogowy

Na stronie Bionovo artykuł pod podanym numerem katalogowym:

<https://www.bionovo.pl/p/pojemnik-z-ps-na-100-szkielek/ nr artykułu 278>

**Pytanie 4:**

**Dotyczy Rozdział V**

**moduł 1, poz. 7** – czy należy zaoferować zlewkę o pojemności 250ml zgodnie ze wskazanym numerem katalogowym?

**moduł 2, poz. 10** – czy należy zaoferować kolbę ze szlifem 12/21 zgodnie z podanym numerem katalogowym czy kolbę ze szlifem 14/34 zgodnie z opisem.

**moduł 12. Poz. 1-3 i 7-10** – z uwagi na obecnie obowiązujący stan epidemii w Polsce oraz ogłoszony stan pandemii przez WHO obowiązujące w Polsce rozporządzenie nakazuje producentom i importerom rękawiczek ich sprzedaż do służb medycznych oraz hurtowni farmaceutycznych. Wykonawcy składający ofertę na dostawę szkła i sprzętu laboratoryjnego nie znajdują się w tej grupie, stąd ich dostęp do tego asortymentu jest bardzo ograniczony, a ceny są nieprzewidywalne. Wnoszę o wyłączenie tego asortymentu z rozdziału V.

**moduł 14** – zgodnie z informacją otrzymaną od Dystrybutora – brak możliwości dokonania wzorcowania urządzenia w temperaturze 260C w laboratorium posiadającym akredytację PCA. Czy Zamawiający wyrażą zgodę na zmianę punktu wzorcowania 260C na 250C?

**Odpowiedź:**

Dotyczy Rozdział V

moduł 1, poz. 7 – Tak, Zamawiającemu chodzi o zlewkę o pojemności 250ml zgodnie ze wskazanym numerem katalogowym.

moduł 2, poz. 10 –Zamawiający informuje, że należy zaoferować kolbę ze szlifem 12/21 zgodnie z numerem katalogowym.

moduł 12. Poz. 1-3 i 7-10 – Jeśli chodzi o rękawiczki winylowe/nitrylowe – Zamawiający jest świadomy sytuacji związanej ze stanem epidemicznym, niemniej jednak nie wyraża zgody na wykreślenie pozycji 1-3 i 7-10 w Rozdziale 5, module 12 formularza warunków technicznych, stanowiącego załącznik nr 2e do SIWZ. Jednocześnie Zamawiający informuje, że w § 9 wzoru umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ zawarte zostały postanowienia dotyczące COVID-19 oraz przewidziane możliwość dokonania zmiany umowy, o której mowa w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy.

moduł 14 – Tak, Zamawiający wyrażą zgodę na zmianę punktu wzorcowania na 250C.

**Pytanie 5:**

**Rozdział II Lublin**

**Moduł 10 poz. 1** – Pod wskazanym nr kat. są płytki pakowane po 25 szt. Czy Zamawiający potrzebuje 8 opak 25 szt.

## **Rozdział III Poznań**

**Moduł 25 poz. 1 i 2** – czy należy zaoferować produkt zgodnie z nazwą, czy podanym nr kat?

## **Rozdział V Kielce**

**Moduł 2 poz. 10** – kolba o wskazanym nr kat. ma szlif 12/21. Proszę o korektę nazwy lub wskazanie innego produktu.

**Moduł 8 poz. 4,6,7,8,9 i 11** nie są dostępne gazy o wskazanej średnicy oczek. Proszę o korektę.

### **Odpowiedź:**

Rozdział II Lublin

Moduł 10 poz. 1 – Tak, Zamawiający potrzebuje 8 opakowań po 25 sztuk.

Rozdział III Poznań

Moduł 25 poz. 1 i 2 – Zamawiający informuje, że należy zaoferować produkt zgodnie z podanym numerem katalogowym.

Rozdział V Kielce

Moduł 2 poz. 10 – Zamawiający informuje, że należy zaoferować kolbę ze szlifem 12/21 zgodnie z numerem katalogowym..

Moduł 8 poz. 4,6,7,8,9 i 11 – Zamawiający podaje zamienniki dla pozycji 4,6,7,8,9 i 11 w module 8, Rozdziale 5:

poz. 4 gaza młyńska średnica oczek 230um - odpowiednik to 236um

poz. 6 gaza młyńska średnica oczek 190um - odpowiednik to 180um

poz. 7 gaza młyńska średnica oczek 225um - odpowiednik to 212um

poz. 8 gaza młyńska średnica oczek 120um - odpowiednik to 118um

poz. 9 gaza młyńska średnica oczek 104um - odpowiednik to 100um

poz. 11 gaza młyńska średnica oczek 320um - odpowiednik to 315um.

Z uwagi na powyższe, działając w trybie art. 38 ust 4 ustawy Zamawiający dokonuje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W zakresie wynikającym z udzielonych odpowiedzi na pytania Wykonawcy zmianie ulega treść formularzy cenowych, stanowiących odpowiednio załącznik nr 2c i 2e do SIWZ. Zmodyfikowane formularz cenowe w brzmieniu zmienionym od dnia 15 czerwca 2020

roku został zamieszczony na stronie internetowej IJHARS. Zmiany w załącznikach zostały zaznaczone kolorem żółtym i czerwoną czcionką, pozycje wykreślone dodatkowo zostały zaznaczone przekreśloną czcionką.

**Termin składania i otwarcia ulega zmianie.** Zamawiający zmienia **termin składania ofert** na dzień **19 czerwca 2020 roku na godz. 9:30** oraz **otwarcia ofert** na dzień **19 czerwca 2020 roku na godz. 10:00.**